UltraSeal XT™, plus, UltraSeal XT™ hydro, and PrimaDry™

EN

Product Description

UltraSeal XT plus sealant – UltraSeal XT plus sealant is a 58% filled, light-cure, radiopaque, methacrylate-based, thixotropic resin sealant. It is used with PrimaDry drying and priming agent to aid in avoiding moisture contamination which can cause microleakage and poor retention. It is a flowable material that can be used where the use of a flowable is indicated.
UltraSeal XT hydro sealant – UltraSeal XT hydro sealant is a 53% filled, light-cure, radiopaque, methacrylate-based, thixotropic resin sealant. It is partly hydrophilic and can be used with PrimaDry hydro and PrimaDry hydro primer and has a self-adhesive quality. UltraSeal XT hydro sealant chemistry provides the option of a visual verification for marginal retention with the use of a black light, since pigmentation and air recall visibility. The UV light is not included in the UltraSeal XT hydro sealant kit.
PrimaDry drying agent – PrimaDry drying agent is a hypersonic drying and priming agent used by dental professionals in clinical settings to assure maximum drying and priming of etched tissue walls prior to resin placement. Utilizing ethanol alcohol, PrimaDry drying agent rapidly displaces moisture from the tissue. For all products described, carefully read and understand all instructions and SDS information prior to use.

Delivery Form(s)

- 1.2 ml syringe
- Delivery tip (UltraSeal XT plus and hydro versions); Inspiral™ Brush Tip
- Delivery tip (PrimaDry drying agent); Black Micro™ FX™ Tip

Indications for Intended Purpose

UltraSeal XT plus sealant – Use UltraSeal XT plus sealant for prophylactic sealing of pits and fissures. It may also be used for microrestorative (can be used where a flowable is indicated) or "total layer" of composite restorations.
UltraSeal XT hydro sealant – Use UltraSeal XT hydro sealant for prophylactic sealing of pits and fissures.
PrimaDry drying agent – As an element of prophylactic pit and fissure sealant procedure, PrimaDry drying agent is used to virtually eliminate moisture and microleakage that can cause failure in resin sealants. It is placed in fissures by a dentist tool prior to resin placement and is followed by drying with moisture-free and oil-free air.

Contraindications

For patients or users with allergy concerns, refer to common product allergen document available at www.ultradent.com. If allergic reaction is observed, rinse exposed area thoroughly with water and have the patient consult their physician.

Warnings and Precautions

- Resins can be sensitizing. Avoid repeated contact of uncured dental resin with skin, if contact occurs, thoroughly rinse with water. Do not use on patients who are known to be allergic or sensitive to any of ingredients. If allergic reaction, dermatitis or rash develops, have patient consult their physician.
- For daily use, store at room temperature. Refrigerate kit or syringe. Bring refrigerated products to room temperature before using.
- Redirect overhead light, or use UV protective light shield, to prevent premature polymerization.
- Re-cap immediately following use to avoid polymerization in syringe.
- Tips are single use. To avoid cross-contamination, do not re-use tips.

Stepwise Instructions

UltraSeal XT plus Pit and Fissure Sealant
Preparation:
1. Apply Inspiral Brush tip or Blue Micro tip to Ultra-Etch™ 35% etchant.
2. Attach Inspiral Brush tip to UltraSeal XT plus sealant syringe. If desired, the Inspiral Brush tip brishes length can be adjusted by grasping and moving inward or outward.
3. Attach Black Micro FX tip to PrimaDry drying agent syringe.
4. Verify flow of air syringes prior to applying PrimaDry. If resistance is met, replace tip and re-check. Use only recommended tips.
5. To prepare tooth prior to sealants use one of the following methods:
   a) an air abrasion unit with appropriate particles
   b) a thin diamond finisher/ prep
   c) air polishing prophylaxis system
   d) Consepsis™ Scrub
   f) Prophy paste
   g) Flour of pumice
Note: Use high magnification when cleaning grooves.
6. Apply 37% phosphoric acid etchant (Ultra-Etch etchant) to fissures for 30 seconds on uncut enamel or 15 seconds on dentin/enamel.
NOTE: A fissure bur and some air abrasion particles are the only preparations for removing the aprimatic enamel. All other preparations require the 30 second etch.
7. Thoroughly rinse and dry.
8. Isolate tooth/teeth/zones prior isolenes, um eine Kontamination mit Speichel zu vermeiden.

Placement
NOTE: If using a bond agent do not use PrimaDry drying agent. Follow manufacturer's bonding instructions.
1. Apply PrimaDry drying agent for 5 seconds, clear air syringe then air dry occlusal surface. DO NOT RINSE.
2. Express a small drop of UltraSeal XT plus sealant onto the mixing pad. Work the resin down into the groove with the brush tip.
3. Light cure with VALO™ LED curing light on Standard Power for 10 seconds or 3 seconds on Xtra Power mode.
4. Use an explorer to ensure pits and fissures are sealed and adjust occlusion if necessary.

UltraSeal XT plus sealant – for Restoration
NOTE: Do not use PrimaDry drying agent when using for restoration.
1. Apply dentin bonding agent according to manufacturer's instructions.
2. Attach Inspiral Brush tip to UltraSeal XT plus syringe.
3. Attach Black Micro FX tip to PrimaDry drying agent. If resistance is met, replace tip and re-check. Use only recommended tips.
4. Verify flow prior to applying intoxicatly.
5. Apply layer of UltraSeal XT plus sealant 0.5 – 1.5mm thick and light cure 10 seconds.

UltraSeal XT hydro sealant – Pit and Fissure Sealant
Preparation:
1. Attach Inspiral Brush tip or Blue Micro tip to Ultra-Etch 35% etchant.
2. Attach Inspiral Brush tip to UltraSeal XT hydro sealant syringe. If desired, the Inspiral Brush tip brishes length can be adjusted by grasping and moving inward or outward.
3. Verify flow of air syringes prior to applying sealant. If resistance is met, replace tip and re-check. Use only recommended tips.
4. To prepare tooth prior to sealants use one of the following methods:
   a) an air abrasion unit with appropriate particles
   b) a thin diamond finisher/ prep
   c) air polishing prophylaxis system
   d) Consepsis Scrub slurry
   f) Prophy paste
   g) Flour of pumice
Note: Use high magnification when cleaning grooves.
5. Apply 37% phosphoric acid etchant (Ultra-Etch etchant) to fissures for 30 seconds on uncut enamel or 15 seconds on dentin/enamel.
NOTE: A fissure bur and some air abrasion particles are the only preparations for removing the aprimatic enamel. All other preparations require the 30 second etch.
7. Thoroughly rinse.
8. Lightly air dry the tooth to remove visible moisture. Do not desiccate the tooth.

Placement:
NOTE: Do not use PrimaDry drying agent with UltraSeal XT hydro sealant.
1. Express a small drop of UltraSeal XT hydro sealant into the grooves. Work the resin down into the grooves with the brush tip.
2. Light cure with VALO LED curing light on Standard Power for 10 seconds or 3 seconds on Xtra Power mode.
3. Use an explorer to ensure pits and fissures are sealed and adjust occlusion if necessary.
NOTE: As an option, a black light may be used for visual verification of marginal retention. Either the VALO curing light with the black light filter, or a specifically designed black light is required. The UV light is not available in the UltraSeal XT hydro kit.

Processing

To avoid cross-contamination, wipe syringe with an intermediate level disinfectant between uses and use a disposable barrier sleeve. If a barrier sleeve is not used, syringe should be treated as single-use.

Storage and Disposal

Dispose of waste according to local rules, guidelines, and regulations.

Miscellaneous Information

Report any serious incident to the manufacturer and the competent authority.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

DE

Beschreibung des Produkts

Versiegler UltraSeal XT plus: Der Versiegler UltraSeal XT plus ist ein zu 58 % gefüllter, lichthärtender, röntgendichter Methacrylat-Harz Versiegler auf Methacrylatbasis. Er wird zusammen mit dem Trocken- und Grundierungsmittel PrimaDry verwendet, um Kontamination mit Feuchtigkeit zu vermeiden, die zu Mikroleckagen und unzureichender Retention führen kann. Es ist ein fließfähiges Harz und kann verwendet werden, wenn die Verwendung eines fließfähigen Harzes angezeigt ist.
Versiegler UltraSeal XT hydro: Der Versiegler UltraSeal XT hydro ist ein 53 % gefüllter, lichthärtender, röntgendichter, thixotroper Harzversiegler auf Methacrylatbasis. Er ist teilweise hydrophil und kann mit PrimaDry hydro und PrimaDry hydro Primer verwendet werden und hat eine selbsthaftende Qualität. Die Chemie des UltraSeal XT hydro Versiegler bietet die Option einer visuellen Verifizierung der marginalen Retention unter Verwendung von Schwarzlicht nach dem Einsetzen und bei Nachtrocknungszeit. Das UV-Licht ist im Versiegler Set UltraSeal XT hydro nicht enthalten.
Trockenmittel PrimaDry: Das Trockenmittel PrimaDry ist ein hypersonisches Trocken- und Grundierungsmittel, das von Zahnärzten in klinischen Umgebungen verwendet wird, um ein maximales Trocknen und Grundieren von geätzten Flussoberflächen vor dem Einbringen des Harzes sicherzustellen. Die Verwendung von Ethanolalkohol sorgt dafür, dass sich durch das Trockenmittel PrimaDry Feuchtigkeit schnell von der Oberfläche des Zahnes entfernt.
Die Anleitungen und SDB-Informationen für alle beschriebenen Produkte vor Verwendung dieser Produkte sorgfältig lesen und verstehen.

Lieferungsformen(e)

- 1,2 ml Spritze
- Applikationsspitze (UltraSeal XT plus und Hydro-Versionen); Inspiral™ Bürstenspitze
- Applikationsspitze (Trockenmittel PrimaDry); Schwarz Micro™ FX™ Kanüle

Gebrauchsbestimmungen/Verwendungszweck

Versiegler UltraSeal XT plus: Verwenden UltraSeal XT plus zur prophylaktischen Versiegelung von Fissuren verwenden. Es kann auch für Mikroinvasionszwecken verwendet werden, wenn ein fließfähiges Material angezeigt ist oder als „erste Schicht" für Komposit-Restaurationen verwendet werden.
Versiegler UltraSeal XT hydro: Versiegler UltraSeal XT Hydro zur prophylaktischen Versiegelung von Fissuren verwenden.
Trockenmittel PrimaDry: Das Trockenmittel PrimaDry dient als Bestandteil der Maßnahmen für prophylaktische Fissurenversiegler, um Feuchtigkeit und Mikroleckage, die zu einem Versagen der Harzprovisorien führen können, praktisch zu eliminieren. Es wird vor einem Zahnarzt direkt vor dem Einbringen des Harzes in Fissuren platziert und anschließend mit feuchtigkeitsfreier und ölfreier Luft getrocknet.

Gegenanzeigen

Patienten oder Benutzer mit Allergieproblemen sollte allgemeinen Allergen-Produktdokument unter www.ultradent.com. Wenn eine allergische Reaktion beobachtet wird, den exponierten Bereich gründlich mit Wasser spülen und dafür sorgen, dass der Patient einen Arzt aufsuchen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Harze können sensibilisieren und zu einer allergischen Reaktion führen. Kontakt von nicht ausgehärtetem zahnmedizinischen Harz mit der Haut vermeiden. Bei Kontakt der Haut gründlich spülen. Nicht bei Patienten verwenden, bei denen eine Sensibilität oder Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe bekannt ist. Wenn eine allergische Reaktion, Dermatitis oder Hautausschlag auftritt, den Patient seinen Arzt aufsuchen.
- Für den täglichen Gebrauch bei Raumtemperatur lagern. Schlüsselkraft kühl lagern. Gekühlte Produkte vor der Benutzung auf Raumtemperatur erwärmen lassen.
- Die Operationslampe weggleichen oder einen UV-Lichtschutz verwenden, um eine vorzeitige Polymerisation zu verhindern.
- Nach Gebrauch Kappe sofort aufsetzen, um eine Polymerisation im Injektionsspritze zu verhindern.
- Kanülen sind nur für den einmaligen Gebrauch. Kanülen nicht wiederverwenden, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden.

Schrittweise Anleitung

Versiegler UltraSeal XT plus
Vorbereitung:
1. Die Inspiral Bürstenspitze oder die Kanüle Blau Micro an Ultra-Etch 35 % Atzmittel anbringen.
2. Die Inspiral Bürstenspitze am Versiegler UltraSeal XT plus dem Injektionsspritze anbringen. Falls gewünscht, kann die Bürstenlänge der Inspiral Bürste angepasst werden, indem man sie nach innen oder außen bewegt und festhält.
3. Die Kanüle Schwarz Micro FX an die Druckluftspritze PrimaDry anbringen.
4. Den Durchfluss aller Injektionsspritzen vor der intraoralen Anwendung überprüfen. Die Widerstand der Kanüle erneut und erneut prüfen. Nur empfohlene Kanülen verwenden.
5. Eine der folgenden Methoden anwenden, um den Zahn vor dem Versiegeln vorzubereiten:
   a) eine Luftabrasionseinheit mit geeigneten Partikeln
   b) einen dünnen Diamantbohrer für Feuerrot/ab Vorbohrer
   c) System zur Luftpolierprophylaxe
   d) Consepsis Scrub Aufschlämmung
   f) Prophylaxepaste
   g) Bimsstaubmehl
Hinweis: Zur Reinigung der Rillen eine hohe Vergrößerung wählen.
7. Phosphorsäure-Ätzmittel 35 % (Ultra-Etch-Atzmittel) 30 Sekunden lang auf angeschnittenen Zahnschmelz oder 15 Sekunden auf Dentin/Schmelz anwenden. Die Fissurenbohrer und einige Luftabrasionspartikel sind die einzigen Vorbereitungen zum Entfernen des aprismatischen Schmelzes. Alle anderen Vorbereitungen erfordern das 30-Sekunden-Ätzmittel.
8. Gründlich spülen und trocken.
9. Zahn/Zähne/Zahnzonen ggf. isolieren, um eine Kontamination mit Speichel zu vermeiden.

Platzierung
HINWEIS: Wenn Mittel des Bruttes ist bindemittelhaltig, lieber bei PrimaDry Trockenmittel. Befolgt produzentenen Bindungsanweisungen.
1. Zähne PrimaDry Trockenmittel 5 Sekunden lang aufbringen, Luftbläser einigen und die okklusale Oberfläche luftdrücken lassen. NICHT SPÜLEN.
2. Einen kleinen Tropfen Versiegler UltraSeal XT plus in die Rillen herausdrücken. Das Harz mit der Bürstenspitze in die Rillen einarbeiten.
3. Mit VALO™ LED-Polymerisationslampe in der Betriebsart Standard-Lichtstärke für 10 Sekunden oder 3 Sekunden im Xtra Power-Modus aushärten.
4. Eine Sonde verwenden, um zu gewährleisten, dass Fissuren versiegelt sind, und notigenfalls die Okklusion anpassen.

Versiegler UltraSeal XT plus: für die Restauration
HINWEIS: Trockenmittel PrimaDry nicht als Bestandteil verwenden.
1. Dentin-Haftmittel gemäß der Anweisung des Herstellers aufbringen.
2. Die Inspiral Bürstenspitze an der Injektionsspritze Versiegler UltraSeal XT plus anbringen.
3. Den Durchfluss aller Injektionsspritzen vor der intraoralen Anwendung überprüfen. Die Widerstand der Kanüle erneut und erneut prüfen. Nur empfohlene Kanülen verwenden.
4. Die Schwarz Micro FX Kanüle an die Druckluftspritze PrimaDry anbringen.
5. Eine Schicht Versiegler UltraSeal XT plus 0,5 – 1,5 mm dick aufbringen und 10 Sekunden lang lichthärten.

Versiegler UltraSeal XT hydro – Fissuren- und Grübchenversiegler
Vorbereitung:
1. Die Inspiral Bürstenspitze oder die Kanüle Blau Micro an das Atzmittel Ultra-Etch 35 % anbringen.
2. Die Inspiral Bürstenspitze an der Injektionsspritze mit Versiegler UltraSeal XT hydro anbringen. Falls gewünscht, kann die Bürstenlänge der Inspiral Bürste angepasst werden, indem man sie nach innen oder außen bewegt und festhält.
3. Den Durchfluss aller Injektionsspritzen vor der intraoralen Anwendung überprüfen. Die Widerstand der Kanüle erneut und erneut prüfen. Nur empfohlene Kanülen verwenden.
4. Eine der folgenden Methoden anwenden, um den Zahn vor dem Versiegeln vorzubereiten:
   a) eine Luftabrasionseinheit mit geeigneten Partikeln
   b) einen dünnen Diamantbohrer für Feuerrot/ab Vorbohrer
   c) System zur Luftpolierprophylaxe
   d) Consepsis Scrub Aufschlämmung
   f) Prophylaxepaste/Grundierpaste/ Paste
   g) Bimsstaubmehl
HINWEIS: Zur Reinigung der Rillen eine hohe Vergrößerung wählen.
5. Phosphorsäure-Ätzmittel 35 % (Ultra-Etch-Atzmittel) 30 Sekunden lang auf angeschnittenen Zahnschmelz oder 15 Sekunden auf Dentin/Schmelz anwenden. Die Fissurenbohrer und einige Luftabrasionspartikel sind die einzigen Vorbereitungen zum Entfernen des aprismatischen Schmelzes. Alle anderen Vorbereitungen erfordern das 30-Sekunden-Ätzmittel.
7. Gründlich spülen.
8. Zahn leicht luftbrücken lassen, um sichtbare Feuchtigkeit zu entfernen. Den Zahn nicht austrocknen.

Platzierung:
HINWEIS: Keiln Trockenmittel PrimaDry mit Versiegler UltraSeal XT hydro verwenden.
1. Versiegler UltraSeal XT hydro in die Rillen herausdrücken. Das Harz mit der Bürstenspitze in die Rillen einarbeiten.
2. Mit VALO LED-Polymerisationslampe in der Betriebsart Standard-Lichtstärke für 10 Sekunden oder 3 Sekunden im Xtra Power-Modus aushärten.
3. Eine Sonde verwenden, um zu gewährleisten, dass Fissuren abgedichtet sind, und notigenfalls die Okklusion anpassen.
HINWEIS: Als Alternative kann ein Schwarzlicht verwendet werden, um die marginale Retention visuell zu überprüfen. Der Silbertor VALO curing light mit entweder der VALO-Polymerisationslampe, ausgelegt mit einer speziellen Schwarzlichtfilter für die Filterung von UV-Licht, oder ein Schwarzlicht, ist erforderlich. Das UV-Licht ist im Set UltraSeal XT hydro nicht enthalten.

Verarbeitung

Der Injektionsspritze vor jeder Benutzung mit einem Desinfektionsmittel mittlerer Konzentration abwischen und eine Einwegschutzhülle verwenden. Wenn keine Barrierehülle verwendet wird, sollte die Injektionsspritze als Einweg-Injektionsspritze behandelt werden.

Lagerung und Entsorgung

Den Abfall gemäß den örtlichen Vorschriften, Richtlinien und Bestimmungen entsorgen.

Sonstige Angaben

Alle schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde melden.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

FR

Description du produit

Endust UltraSeal XT plus - L'endust UltraSeal XT plus est une résine dentaire thixotropique remplie à 58%, photopolymérisable, radio-opaque, à base de méthacrylate. Il est utilisé en conjonction avec l'agent de séchage et d'apprêt PrimaDry pour aider à la contamination par l'humidité qui peut causer des micro-infiltrations et une faible rétention. Il s'agit d'une résine fluide et peut être utilisée lorsque l'utilisation d'un fluide est indiquée.
Endust UltraSeal XT hydro - L'endust UltraSeal XT hydro est une résine dentaire thixotropique remplie à 53%, photopolymérisable, radio-opaque, à base de méthacrylate. Elle est partiellement hydrophile et peut être utilisée avec PrimaDry hydrophile et PrimaDry hydrophile amorce et a une qualité auto-adhésive. La chimie de l'endust UltraSeal XT hydro offre la possibilité d'une vérification visuelle de la rétention marginale à l'aide d'une lumière noire, en raison de la pigmentation et de la mémorisation de l'air. La lumière UV n'est pas incluse dans le kit d'endust UltraSeal XT hydro.
Agent de séchage PrimaDry - L'agent de séchage PrimaDry est un agent de séchage et d'apprêt hypersonique utilisé par les praticiens dentaires en milieu clinique pour assurer un séchage et un apprêt maximaux des parois des fissures décapées avant le placement de la résine. Utilisant de l'alcool éthanolique, l'agent de séchage PrimaDry volatilise rapidement la teneur en humidité des fissures.
Pour tous les produits décrits, lisez attentivement et comprenez toutes les instructions et les informations de la FDS avant utilisation.

Type(s) of application

- Seringue de 1,2 ml
- Embout d'application (endust UltraSeal XT plus et hydro) - Embout brosse Inspiral™
- Embout d'application (agent de séchage PrimaDry) - Pointe Micro FX™ noire

Indications of Utilisation/Utilisation prévue

UltraSeal XT plus - Utiliser l'endust UltraSeal XT plus pour sceller prophylactiquement les puits et les fissures. Il peut également être utilisé pour la micro-restauration (peut être utilisé lorsque un fluide est indiqué) ou la « couche initiale » de restaurations composites.
UltraSeal XT hydro - Utiliser l'endust UltraSeal XT hydro pour sceller prophylactiquement les puits et les fissures.
Agent de séchage PrimaDry - En tant qu'élément des procédures prophylactiques de scellement de puits et de fissures, l'agent de séchage PrimaDry est utilisé pour éliminer pratiquement l'humidité et la microfuite qui peuvent causer une défaillance de la pénétration de la résine. Il est placé dans les fissures par un dentiste juste avant le placement de la résine et est suivi d'un séchage à l'air sans humidité ni sans huile.

Contre-indications

Pour les patients ou les utilisateurs souffrant d'allergies, reportez-vous au document commun sur les allergènes des produits disponible sur www.ultradent.com. Si une réaction allergique est observée, rincer abondamment la zone exposée à l'eau et demander au patient de consulter un médecin.

Avertissements et precautions

- Les résines peuvent sensibiliser. Éviter le contact répété de la résine dentaire non durcie avec la peau. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau. Ne pas utiliser sur des patients ayant une sensibilité connue aux ingrédients. Si des signes d'allergie, de dermatite ou de rougeurs apparaissent, le patient doit consulter un médecin.
- Pour une utilisation quotidienne, conserver à température ambiante. Réfrigérer le stock en vrac. Apporter les produits réfrigérés à la température ambiante avant de les utiliser.
- Rediriger la lumière du dessus ou utiliser un écran anti-UV pour éviter une polymérisation prématurée.
- Remettre immédiatement après utilisation pour éviter la polymérisation dans la seringue.
- Les embouts sont à usage unique. Pour éviter la contamination croisée, ne réutilisez pas les embouts.

Instructions par étapes

Endust pour scellement de fissures UltraSeal XT plus
Préparation :
1. Appliquer l'embout brosse Inspiral ou l'embout Blanc Micro™ à l'agent de gravure Ultra-Etch™ 35%.
2. Fixez l'embout Inspiral Brush à la seringue UltraSeal XT plus. Si vous le souhaitez, la longueur des poils de l'embout Inspiral Brush peut être ajustée en la saisissant et en la déplaçant vers l'intérieur ou vers l'extérieur.
3. Fixez l'embout Noir Micro FX à la seringue de l'agent de séchage PrimaDry.
4. Vérifiez le débit de toutes les seringues avant d'appliquer par voie intraorale. En cas de résistance, remplacez l'embout et vérifiez. Utilisez uniquement les conseils recommandés.
5. Pour préparer les dents avant l'application de l'endust, utilisez l'une des méthodes suivantes :
   a) une unité d'abrasion à air avec des particules appropriées
   b) fraise à diamant fine/ prophylaxie
   c) système de prophylaxie de polissage à l'air
   d) Consepsis Scrub
   g) pâte de prophylaxie
   f) farine de pierre ponce
Remarque : Utiliser un grossissement élevé lors du nettoyage des rainures.
6. Appliquer du gel de gravure à 35% d'acide phosphorique (agent de gravure Ultra-Etch) sur les fissures pendant 30 secondes sur de l'émail non coupé ou 15 secondes sur l'émail/dentine.
REMARQUE : Une fraise à fissurer et quelques particules d'abrasion d'air sont les seules préparations pour éliminer l'émail aprismatique. Toutes les autres préparations requièrent le décapage de 30 secondes.
7. Rincer soigneusement et sécher.
8. Isoler les dents/zones ainsi que les dents/zones ainsi que les dents/zones ainsi que

UltraSeal XT™ plus, UltraSeal XT™ hydro, and PrimaDry™

Produkto aprašas

„UltraSeal XT plus“ hermetiškas – „UltraSeal XT plus“ hermetiškas yra užpildytas 58% kempiniu kietojimo, rentgenokontrastiniu, metakrilato pagrindu gaminamu sintetiniu kaučiuku, deres hermetiškas, jis naudojamas kartu su „PrimaDry“ dūsenomis ir gruntuotais prietaisais, siekiant išvengti drėgmės, kuri sukelia mikroskopinių ertmių ir pralaidumo. Tai yra taki derai ir gali būti naudojama tam, kur nuroda gamintojas.
„UltraSeal XT“ hydro hermetiškas – „UltraSeal XT hydro“ hermetiškas yra užpildytas 53% kempiniu kietojimo, rentgenokontrastiniu, metakrilato pagrindu gaminamu sintetiniu kaučiuku, deres hermetiškas. Pirš kietejimą jis yra iš dalies hidrofobiškas ir hidrofilinis, kartu sukietėjęs – tampa hidrofobiškas ir tipinis. „UltraSeal XT hydro“ hermetiško cheminės savybės suteikia galimybę visuose palikrės rūšių susilaikymo, naudojant junda linesa, jis užpildomas ir pakartotinis apšalimtinu metu. Jis lieteos šaltinio nėra pakeitinas. „UltraSeal XT hydro“ hermetiko rinkinyje „PrimaDry“ dūsenomis ir gruntuotais prietaisais, kurių klinikinėje praktikoje naudoja odontologijos specialistai, užtikrinant maksimalų suformuotų plyšių sienelių dūsenimą ir gruntavimą, prieš uždedant derą. Naudodama etanolio alkoholį, „PrimaDry“ dūsenimo priemonė gerina ėsdinimo plyšiuose esančią drėgmę.
Prieš naudodamiesi visais aprašytais produktais, atidžiai perskaitykite ir supraskite visas instrukcijas ir SDS informaciją.

Pateikimo forma (-os)

- 1,2ml švirkštas
- Antgalis („UltraSeal XT plus“ ir „hydro“ hermetikų; „Prepiral™“ teptukas antgalis
- Antgalis („PrimaDry“ dūsenimo priemonė; „Jundas Micro™X“ antgalis

Naudojimo indikacijos / naudojimo pasikrtis

„UltraSeal XT plus“ hermetiškas – naudokite „UltraSeal XT plus“ hermetiką profilaktiniam ertmių ir plyšių sandarinimui. Jis taip pat gali būti naudojamas mikroestaracijai (gali būti naudojamas ten, kur nuroditas protekliavimas) arba kompozitinių restauracijų „pradinis sluoksnis“.
„UltraSeal XT hydro“ hermetiškas – naudokite „UltraSeal XT hydro“ hermetiką profilaktiniam ertmių ir plyšių sandarinimui.
„PrimaDry“ dūsenimo priemonė – kai profilaktiniams ertmių ir plyšių sandarinimo procedūrų elementas, „PrimaDry“ dūsenimo priemonė yra naudojama norint išvalyti plaišiai dentine ir mikroprotėzinėje, kurie gali sukelti dirsiaisiveiriną. Prieš uždedant derą, stomatologas šia priemone pandenga ertmėnas, o po to išdūsivina oru, kariame nėra drėgmės ar rieikų.

Kontraindikacijos

Pacientams ar vartotojams, kuriems pasireiškia alergines reakcijos, būtina perskaityti informacją apie alergenus, ją raste tinklaviejje www.ultradent.com. Jei pasireiškia alergine reakcija, atsargiai nuplaukite paveikę vietą vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

- Derves gali sukelti padidėjusį jautrumą. Venkite paskirtinio nesukietinto daiko derves kontakto su oda, jų ir liečiai, kruopščiai nuplaukite odą. Nenaudokite gaminiams, kuriems naudojamas gumos lateksas, jeigu žinoma, jei atsirada alergine reakcija, derėtinai atsargiai ir būtinas, kreipkitės į gydytoją.
- Naudojimosi naudojo, laikykite kambario temperatūroje. Produktą dėmesio saniekiuojama šaldytuve. Prieš naudojimą atšildykite produktus iki kambario temperatūros.
- Nenaudokite produktams pasibaigusio galiojimo, nukrepkite apšvietimą arba naudokite apsauginį UV spindulių skydą.
- Iš karto po naudojimo uždėkite dangtelį, kad išvengtumėte polimerizacijos šviesa.
- Antgalius yra vienkartiniai naudojimo. Norėdami išvengti kėgimino užterštimo, nenaudokite antgalių pakartotinai.

Etapinės instrukcijos

„UltraSeal XT plus“ ertmės ir plyšių hermetikas

Paruošimas:
1. Priteirvinkite Prepiral teptuko antgal arba mėlyną Micro™ antgal prie „Ultra-Etch“ ™ 35% ėsdiklio.
2. Priteirvinkite Prepiral teptuko antgal prie „UltraSeal XT plus“ hermetiko šviesio. Jei norite, Prepiral teptuko ferių ilgį galima reguliuoti suprėstinant jos ir judinant į viską arba į šoną.
3. Priteirvinkite „PrimaDry“ dūsenimo priemonę prie „PrimaDry“ Šviesio su dūsenimo priemone.
4. Prieš ėsdinant, pašalinkite bet kokią esamą ertmės ar plyšių dalį, kuri jau buvo pasipriešinimas, pakeitkite antgalį ir kar darbo pabėgimo. Naudokite tik rekomenduojamus antgalius.
5. Nordiamo paruošti dantis prieš hermetiką naudojimą, naudokite vieną iš šių metodų:
   - oro šveistimo (arba su vidutiniškumo dėmesiu)
   - plovą deimantinių grąžų plyšiams/dangtinio frosa
   - oro pulverinę profilaktikos sistemą
   - „Consepsis Scrub“ suspensija
   - Profilaktinė pasta
   - Pemzos milteliai

PASTABA: Valydamiesi glovius, naudokite dideli padėkinimo.
12. Įriškimo kapsulės 35% fosforo rūgšties esdiklio („Ultra-Etch esdiklis) - laikykite 30 sekundžių, jei įriškimai yra ant nenupaujusiojo emalio arba 15 sekundžių, jei įriškimai yra ant nupaujo emalio.

PASTABA: Vienintelis bidas paliekami aprimamų emalį - naudoti freza bei oro ir poliravimo milteliu daliekis. Vos kiti pasirūpinto etapai reikalauja 30 sekundžių esdinimo.
13. Kruopščiai nuplaukite.
14. Gerai nuplaukiamas ertmę ir plyšius, kad pašalintumete matomą drėgmę. Nedžiovinkite dantes.

Talpinimas:
PASTABA: Nenaudokite „PrimaDry“ dūsenimo priemonės kartu su „UltraSeal XT hydro“ hermetiku.
1. Įgrokovius (arba nedėdėd) laką „UltraSeal XT hydro“ hermetiko. Sepetinio antgalio (apauokite derę) ir (jrokovius.
2. Naudokite šviesą su „JALO“ LED terminės kietėjimo sistemomis standartiniu galiu 10 sekundžių arba 3 sekundžes naudojant „super galios“ režimą.
3. Nordiamai įsitikinti, kad ertmės ir plyšių yra užpildomos, apšvitinkite ertmenytę ir jei reikia, pakartotinai okuliuokite.

PASTABA: Apšvitinkite kiekvieną ertmės ir plyšių sekcijos ilgio atskirai, gali būti naudojama juoda lempute „Ultradent“ gaišma jūsęje. „JALO“ kietinimo lempa su juodos šviesos šviesa, specialiai sukurtu UV spindulinės filtruoti, arba mėlą juodą šviesą. Nordiamai gauti geriausios rezultatus, naudodami juodą šviesą naikinančio vitalinę dangą.

Apdorojimas

Siekiant išvengti kėgimino užuolaidelės, šerkšdą sakykite tarpinio ligio dezinfekuojamo priemone naudojimo metu ir naudokite vienkartinę barjerinę mėvą, jei naudojamas kėgimino mėvą, liekitės laikomos vienkartinio.

Sandėliavimas ir šalinimas

Atokiau šalančių vaikų ir gyvūnų. Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje.

Įvairi informacija

Apie kiekvieną pavojingą incidentą būtina pranešti gamintojui ir kompetentingai institucijai.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

UltraSeal XT™ plus, UltraSeal XT™ hydro, and PrimaDry™

Deskrizjoni tal-Prodott

Sigillant Ultra-Etch XT plus – Is-sigillant UltraSealXT plus huwa sigillant tar-reżina tixotrofika bbażat fuq metakrilat, radjopaki, kkurat bid-dawl, bi 58% mili. Jintużaw ma' prodotti li jwożżu il-prodotti PrimaDry biex jiżżen fil-porożożoż